



## Apparecchiature di misura

Elenco dettagliato dei servizi di taratura accreditati per apparecchiature di misura.

Typo di apparecchiatura	Portata	Accreditata	Internamente	In loco	Taratura standard
<b>Flussometro</b>	Flusso d'acqua: Da 5,5 l/min a 380 l/min		X	X	
<b>Contatore volumetrico di liquido</b>	Volume d'acqua		X	X	
<b>Tachimetro ottico (con segnale ottico)</b>	Giri/min.: 300 giri/min a 60000 giri/min		X	X	
<b>Tachimetro ottico (con accoppiamento meccanico)</b>	Giri/min.: 300 giri/min a 60000 giri/min		X	X	
<b>Velocità di rotazione</b>	Giri/min.		X	X	
<b>Garza</b>	Superficie specifica		X		<b>UL873 e/o UL2158</b>
<b>Carta velina</b>	Grammatura		X		<b>IEC60695-11-5</b>
<b>Analizzatore CO</b>	Concentrazione CO		X		
<b>Cronometro/timer</b>	Tempo		X	X	
<b>Capacimetro</b>	Capacitanza		X		
<b>Conduttimetro</b>	Conduttività		X		
<b>Inclinometro</b>	Angolo		X		

Per ulteriori informazioni, visitare [UL.com/CaragateLab](http://UL.com/CaragateLab) o contattare [Dario.Rivoltella@ul.com](mailto:Dario.Rivoltella@ul.com).